

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Gói thầu: Mua sắm Băng ca bệnh nhân

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm Băng ca bệnh nhân chi tiết như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.  
- Email: tms@bvtvn.org.vn  
- Số điện thoại: 028 3869 0277 - 214, 771
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc  
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 04/11/2024 đến trước 16h00 ngày 08/11/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 08/11/2024.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:  
- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.



- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Vinh**

## PHỤ LỤC

### Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Mua sắm Băng ca bệnh nhân

#### 1. Tên danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Yêu cầu kỹ thuật
01	Băng ca bệnh nhân	Cái	85	<b>Băng ca vận chuyển</b> <b>I. Yêu cầu chung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thiết bị mới 100%.</li><li>- Sản xuất năm 2024 trở về sau.</li><li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA.</li></ul> <b>II. Cấu hình chi tiết:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Băng ca đẩy bệnh nhân: 01 cái.</li><li>- Nệm lót có dây ràng bệnh nhân: 01 cái.</li><li>- Cây treo dịch truyền: 01 cái.</li><li>- Giá treo chai oxy: 01 cái.</li><li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ.</li></ul> <b>III. Thông số kỹ thuật</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước (DxR): 1.900 mm x 650 mm ± 5%.</li><li>- Chức năng:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Điều chỉnh độ thấp bề mặt băng ca bằng tay quay: ≤ 500 mm.</li><li>+ Điều chỉnh độ cao bề mặt băng ca bằng tay quay: ≥ 800 mm.</li><li>+ Điều chỉnh phần lưng bề mặt băng ca từ 0 đến: ≥ 75 độ.</li><li>+ Điều chỉnh tư thế chốc đầu và đảo ngược bề mặt băng ca từ 0 đến ≥ 10 độ.</li></ul></li><li>- Cấu trúc khung băng ca: Thép sơn lớp sơn tĩnh điện hoặc tương đương.</li><li>- Thanh chắn lan can: 02 cái, bằng nhựa ABS đúc liền hoặc tương đương, cấu trúc cơ chế gập lên xuống được. Khi gập xuống lan can nằm vào bên dưới thân băng ca.</li><li>- Bề mặt băng ca được đúc nguyên khối bằng chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương.</li></ul>



			<p>(Nhựa ABS phải đạt tiêu chuẩn: TCVN 12794:2019 hoặc ISO 15015:2011).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 04 bánh xe di chuyển: Loại giảm tiếng ồn, đường kính <math>\geq 120</math> mm (<math>\geq 2</math> bánh có bàn đạp khóa hãm).</li><li>- Có bánh xe ở giữa điều khiển hướng di chuyển, xoay đầu chuyển hướng, điều chỉnh lên xuống được.</li><li>- Cây treo dịch truyền bằng chất liệu inox 304 hoặc tương đương, với 4 móc trên trên đầu, có thể điều chỉnh được chiều cao, có thể đặt ở góc giường thuận tiện cho người sử dụng.</li><li>- Tấm nệm lót có dây ràng bệnh nhân hai vị trí thân và chân.</li><li>- Có giá treo chai oxy vị trí ở vị thuận tiện cho người sử dụng.</li><li>- Tải trọng <math>\geq 180</math> kg.</li></ul>
--	--	--	---

*mm*

## MẪU BẢNG BÁO GIÁ

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi ..... (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>	Ngày giao hàng muộn nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>
1								
2								
...								

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành và các tài liệu liên quan của hàng hóa)*

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng:      ngày, kể từ ngày      tháng      năm  
*[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].*

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT  
PHÒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 193 /TTr-QT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v chủ trưởng xin mua băng ca

**Kính gửi: Lãnh đạo Bệnh viện**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Quản Trị về việc quản lý cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh

Hiện nay băng ca của các khoa phòng sử dụng lâu năm có tình trạng hư hỏng nặng thường xuyên báo sửa chữa và các khoa có trường hợp tăng bệnh đột xuất nên cần băng ca để bố trí người bệnh tạm thời trước khi đưa vào giường bệnh. Vì tình trạng băng ca hiện tại không đảm bảo an toàn người bệnh và hành lang khoa nhỏ nên không thay sử dụng tạm giường bệnh mà chỉ có thể dùng băng ca.

Phòng Quản Trị đề xuất mua băng ca thay thế các băng ca sử dụng lâu năm, hư hỏng nặng (danh mục đính kèm).

Kính trình lãnh đạo bệnh viện phê duyệt. /

**Nơi nhận:**

- LDBV;
- Lưu: VPQT (T.1b)

**TRƯỞNG PHÒNG**




**Võ Văn Ty**

→ Chuyển từ MSOT + QLQT  
- Nhà phân lập  
- Lưu VPQT



**Võ Văn Ty**

Đã chấp thuận ĐU. 800 -  
K/c là mua sẵn  
OK







ĐH 5/2024

539/TMS

1/8/2024

BỆNH VIỆN THÔNG NHẤT  
PHÒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH CÁC KHOA ĐĂNG KÝ BẰNG CA**

STT	TÊN / PHÒNG	SL hiện có	SL hư hỏng	SL xin mới	Ghi chú
1	Mắt	2	1	2	
2	Ngoại Chấn thương chỉnh hình	6		5	
3	Ngoại điều trị theo yêu cầu	5		0	
4	Ngoại Gan-Mật-Tụy	3	2	2	
5	Ngoại Thần kinh	3		1	
6	Ngoại Tiết niệu	3	3	3	
7	Ngoại Tiêu hóa	5		5	
8	Ngoại Tim mạch - Lồng ngực	5		0	
9	Nhịp tim	10	0	0	
10	Nội Cơ xương khớp	2	0	0	
11	Nội điều trị theo yêu cầu	3	2	2	
12	Nội Hô hấp	4		10	
13	Nội nhiễm	1		5	
14	Nội thận - lọc máu	9	3	5	
15	Nội Thần kinh	3	2	1	
16	Nội tiết	3	2	2	
17	Nội Tiêu hóa	6	6	10	
18	Nội Tim Mạch	11	0	0	
19	PTHMTM	3	2	1	
20	Tai Mũi Họng	3	1	1	
21	Tim mạch cấp cứu & can thiệp	7	1	3	
22	Ung bướu			5	
23	Y học Cổ truyền	1	1	2	
24	HSTCCĐ			0	
25	ĐTCBCC	3		0	
26	KBTYC	2		0	
27	PKA	3	3	5	
28	PTGMHS	12	3	5	
29	Quản Trị	0	0	10	loại trừ 85
30	Cấp Cứu (đã đầu tư thêm giường) Xuyên đợt 3/2024)	35	30	25	loại tốt
		153	62	110	0


TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**TRƯỞNG PHÒNG**

**NGƯỜI LẬP**



**Võ Văn Ty**



**Phan Tiêu Trâm**

→ Chuyển TP MSOTB QLRT  
- file LPST 31.7.2024  
TĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU KỸ THUẬT

### MÔ TẢ KỸ THUẬT

#### Băng ca vận chuyển

##### I. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%.
- Sản xuất năm 2024 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA

##### II. Cấu hình chi tiết

- Băng ca đẩy bệnh nhân: 01 Cái
- Nệm lót có dây ràng bệnh nhân: 01 cái
- Cây treo dịch truyền: 01 cái
- Giá treo chai oxy: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ

##### III. Thông số kỹ thuật

- Kích thước (DxR): 1.900 mm x 650 mm  $\pm$  5%
- Chức năng:
  - + Điều chỉnh độ thấp bề mặt băng ca bằng tay quay:  $\leq$  500 mm
  - + Điều chỉnh độ cao bề mặt băng ca bằng tay quay:  $\geq$  800 mm
  - + Điều chỉnh phân lưng bề mặt băng ca từ 0 đến:  $\geq$  75 độ
  - + Điều chỉnh tư thế chốc đầu và đảo ngược bề mặt băng ca từ 0 đến  $\geq$  10 độ
- Cấu trúc khung băng ca: Thép sơn lớp sơn tĩnh điện hoặc tương đương.
- Thanh chắn lan can: 02 cái, bằng nhựa ABS đúc liền hoặc tương đương, cấu trúc cơ chế gập lên xuống được. Khi gập xuống lan can nằm vào bên dưới thân băng ca.
- Bề mặt băng ca được đúc nguyên khối bằng chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương. (Nhựa ABS phải đạt tiêu chuẩn: TCVN 12794:2019 hoặc ISO 15015:2011)
- 04 bánh xe di chuyển: Loại giảm tiếng ồn, đường kính  $\geq$  120 mm ( $\geq$  2 bánh có bàn đạp khóa hãm).
- Có bánh xe ở giữa điều khiển hướng di chuyển, xoay đầu chuyển hướng, điều chỉnh lên xuống được.
- Cây treo dịch truyền bằng chất liệu inox 304 hoặc tương đương, với 4 móc trên trên đầu, có thể điều chỉnh được chiều cao, có thể đặt ở góc giường thuận tiện cho người sử dụng.
- Tấm nệm lót có dây ràng bệnh nhân hai vị trí thân và chân.
- Có giá treo chai oxy vị trí ở vị thuận tiện cho người sử dụng.
- Tải trọng  $\geq$  180 kg

PHÒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Ty

