

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Hàng Vật tư Khí y tế năm 2025

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtvn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 01/10/2025 đến trước 16h00 ngày 05/10/2025
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 05/10/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật:

Hàng vật tư khí y tế năm 2025

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Bình chứa dịch hút đàm 2 lít Code: RE 210351/01 Hãng sản xuất: Ca-Mi S.r.l. Xuất xứ: Ý Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	- Dung tích: 2 lít - Bình chứa dịch được trang bị có nắp vặn và tay cầm dễ dàng cầm nắm, vòng roen bằng silicone hấp tiệt trùng được đóng kín nắp vào bình, hệ thống van chống tràn tích hợp trong nắp bình, thang chia dung tích rõ ràng theo nắp ml với 100ml hoặc 200ml. - Bình chứa dịch làm bằng chất liệu Polycarbonate, hiệu Makrolon hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 121 độ C	Cái	70	
2	Bình chứa dịch hút đàm 4 lít Code: RE 210006 Hãng sản xuất: Ca-Mi S.r.l. Xuất xứ: Ý Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	-Dung tích: 4 lít -Bình chứa dịch được trang bị có nắp vặn và tay cầm dễ dàng cầm nắm, vòng roen bằng silicone hấp tiệt trùng được đóng kín nắp vào bình, hệ thống van chống tràn tích hợp trong nắp bình, thang chia dung tích rõ ràng theo nắp ml với 100ml hoặc 200ml. -Bình chứa dịch làm bằng chất liệu Polycarbonate, hiệu Makrolon hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 121 độ C	Cái	30	
3	Bình tạo ẩm oxy Model: HM-005 Hãng sản xuất: Morris Precision Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Bình làm bằng polythylene dung tích 200ml. Phần đầu bằng chất liệu nhựa polycarbonate có độ bền cao. Thanh ren 9/16" x 18N. Có van an toàn 2PSI. Màu xanh lá. Sử dụng nhiều lần.	Cái	200	

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
4	Bộ hút đàm tường trung tâm Model: VRF-701 Hãng sản xuất: Acare Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Cấu hình bao gồm: - 01 Đồng hồ chỉnh áp lực âm kèm bẫy chặn nước có phao chống tràn -01 Co nối nhanh -01 Bình hút dịch 2000ml dùng nhiều lần -01 Bộ giá đỡ bình -01 Bộ dây hút dịch Thông số: -Chuẩn Pháp -Thiết bị đo được gắn sẵn trong bộ điều chỉnh. -Kiểm soát việc hút chính xác trong $\pm 10\%$. -Công tắc chân không cài đặt nhanh On/Off vacuum. -Đồng hồ analog hiển thị rõ ràng 2 1/2" đồng hồ đo áp suất. -Thiết kế cơ học bên trong được đơn giản hóa để bảo trì và vệ sinh 4 dễ dàng. -Giao diện đẹp mặt đồng hồ đẹp. -Núm kiểm soát lớn dễ dàng cài -đặt. Áp lực hút: - 760mmHg	Bộ	50	
5	Bộ lọc khuẩn hút đàm tường Model: ZF-ST-001 Hãng sản xuất: Zhenfu Xuất xứ: Trung Quốc	-Chất liệu: nhựa PP -Y tế: PTFE kỵ nước -BFE: 99.999% -Kích cỡ: 0.2 μm -Trọng lượng: 13g -Kết nối: 8M-9F/11M -Áp suất hoạt động tối đa: 20 psi -Diện tích lọc hiệu quả: 24.6cm ² -Kích thước: cao 47mm, rộng 64mm -Sử dụng tương thích với các bộ hút đàm	Cái	200	
6	Đầu nối air Model: AC-AF-22 Hãng sản xuất: Acare Technology	-Co nối nhanh Air, chuẩn Pháp FR, đuôi chuột nipple -Vật liệu: Đồng thau, vỏ nhựa PP -Sử dụng cho máy thở	Cái	50	

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
	Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485				
7	Đầu nối hút đàm tường Model: AC-AF-31 Hãng sản xuất: Acare Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	-Co nối nhanh Vacuum, chuẩn Pháp FR, ren -Vật liệu: Đồng thau, vỏ nhựa PP -Kết nối với bộ hút trung tâm	Cái	50	
8	Đầu nối oxy Model: AC-AF-12 Hãng sản xuất: Acare Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	-Co nối nhanh Oxy, chuẩn Pháp FR, đuôi chuột nipple -Vật liệu: Đồng thau, vỏ nhựa PP	Cái	50	
9	Dây chịu áp oxy + air Xuất xứ: Trung quốc	-Đường kính: 8,5mm x 14mm, -Chịu áp lực: 220 bar, 250 kg/cm2	Mét	300	
10	Đồng hồ oxy bình Model: YR88-15FL-540HT-SET Hãng sản xuất: Morris Precision Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	-Áp suất nạp vào tối đa 3000psi/210 bar -Thân bằng đồng thau mạ crôm -Kiểu Piston -Có van giảm áp suất an toàn bên ngoài đáng tin cậy -Ngõ vào bộ lọc kết dính tăng độ an toàn và tuổi thọ sử dụng -Đồng hồ áp suất đường kính 2" 0 - 315 bar -Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa polycarbonate tăng cường độ	Bộ	100	

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
		bền và độ an toàn -Van kiểm soát lưu lượng ngõ ra bằng kim loại nằm ngang với kết nối đầu vào 180 độ -Áp suất ngõ ra cài đặt tiêu chuẩn 60psi cho lưu lượng ổn định và chính xác -Dãy lưu lượng 15 lít/phút Kết nối ngõ vào CGA-540			
11	Đồng hồ oxy tường Model: 805-OX-15-F2 Hãng sản xuất: Morris Precision Technology Co., Ltd. Xuất xứ: Đài Loan Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Cấu hình bao gồm: 01 Cột đo lưu lượng 01 Bình tạo ẩm 01 Co nối nhanh Thông số: -Kết cấu thân bằng đồng mạ crôm cho độ bền cao với mã màu xanh lá cây. -Với thiết kế được bù áp chính xác, đo chính xác: 0 - 15 lít/phút. -Ống bên trong và bên ngoài bằng nhựa polycarbonate tăng cường độ bền và độ an toàn. -Hiệu chỉnh tại 4 bar (60 psi). -Độ chính xác lưu lượng: +/- 10% của giá trị chỉ thị hoặc 0.5 lít/phút Van điều khiển lưu lượng ngõ ra bằng kim loại theo chiều ngang (180 độ), đến đầu nối ngõ vào -Bộ lọc được thiết kế cho độ an toàn và tuổi thọ sử dụng cao. -Kết nối ngõ vào 1/8" FNPT	Bộ	100	
12	Ruột khẩu air Xuất xứ: Pháp	-Cho hệ thống air trung tâm chuẩn kết nối Afnor. -Đầu van bằng thau, thân lọc bằng nhựa -Đóng gói: 10 cái/ bịch	Bịch	20	
13	Ruột khẩu hút Xuất xứ: Pháp	-Cho hệ thống hút trung tâm chuẩn kết nối Afnor. -Đầu van bằng thau, thân lọc bằng nhựa	Bịch	20	

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
		-Đóng gói: 10 cái/ bịch			
14	Ruột khẩu oxy Xuất xứ: Pháp	-Cho hệ thống oxy trung tâm chuẩn kết nối Afnor. -Đầu van bằng thau, thân lọc bằng nhựa -Đóng gói: 10 cái/ bịch	Bịch	20	
15	Xe đẩy oxy 6 khối Xuất xứ: Việt Nam	-Vật liệu: Inox 304 -Chiều cao: 1300 mm -Bề mặt: 300 x 300 mm -Sử dụng cho bình oxy 6 khối, tải trọng chịu được 100kg -Có dây giữ bình -Có bánh xe cao su -Khung kéo bằng sắt sơn tĩnh điện.	Chiếc	30	
16	Giỏ treo bình hút Xuất xứ: Việt Nam	-Đường kính 18cmx cao 30cm x -Vật liệu: Inox 304	Cái	100	
17	Đế treo giỏ bình hút	-Cao 6cm x ngang 4cm -Vật liệu: bằng hộp kim nhôm	Cái	100	
18	Bộ dây hút dịch silicon	-Vật liệu: Silicon	Bộ	50	

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hàng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa(*)	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa	Địa điểm dự án	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ngày giao hàng	
									Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]	Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
1										
2										
...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, mã ký hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (Đã bao gồm VAT và các chi phí khác)	Thành tiền	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
-----	------------------	------------------	---------------------	-------------	--	------------	----------------------------	-------------------------

1								
2								
...								

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))