

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Trang bị ghế máy nha khoa

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang bị ghế máy nha khoa chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtvn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 11/5/2026 đến trước 16h00 ngày 20/5/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 20/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo. Phải đạt tất cả tiêu chí yêu cầu kỹ thuật.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh sách, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: Trang bị ghế máy nha khoa

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật
1	Ghế máy nha khoa	01	Bộ	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ol style="list-style-type: none">Thiết bị đồng bộ mới 100%Năm sản xuất: 2026 trở về sauNguồn điện sử dụng: 100/220/230/240 VAC - Tần số: 50/60 HzThiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đươngMôi trường làm việc: Nhiệt độ môi trường xung quanh 10 - 40°C; Độ ẩm: 30-75% RHTài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Bộ máy ghế nha khoa và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">Ghế bệnh nhân 01 BộHệ thống mâm tay khoan 01 BộHệ thống bồn nhỏ và cung cấp nước sạch 01 BộHệ thống đèn ghế nha khoa Led 01 BộPhụ kiện ghế nha: hút nước bọt, hút phẫu thuật, tay xịt hơi nước ba chức năng và một bàn phím điều khiển ghế đa chức năng 01 BộBàn đạp điều khiển ghế bệnh nhân 01 BộTựa đầu hai khớp 01 CáiTựa tay bên trái 01 CáiGhế bác sỹ/kỹ thuật viên 01 CáiTay cạo vôi siêu âm có đèn 01 Bộ <p>III. YÊU CẦU KỸ THUẬT</p>

			<p>1. Ghế bệnh nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao nâng hạ ghế tính từ mặt sàn từ Min: 450 mm tới Max: 780 mm (± 20mm) - Chiều cao tối đa: ≤ 2200 mm - Chiều dài tối đa: ≤ 1900 mm - Ghế có thể điều chỉnh độ nghiêng: từ 2 tới 70 ± 2 độ theo phương ngang - Chiều cao từ đế tới mâm tay khoan: Min: 1110 mm đến Max: 1390 mm - Kích thước mâm tay khoan: ~ 500 mm theo chiều ngang, ~ 425 mm theo chiều dọc - Tư thế ngồi làm việc: có thể lập trình 02 chương trình vị trí. - Có 02 cảm biến an toàn: <ul style="list-style-type: none"> + Tại vị trí thanh trợ thủ + Tại vị trí Pedal - Đế ghế được tích hợp cơ chế khóa an toàn, giúp cố định thiết bị, hạn chế dịch chuyển và đảm bảo ổn định trong quá trình sử dụng. <p>2. Hệ thống mâm tay khoan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mâm dụng cụ di động - Tích hợp màn hình trên mâm dụng cụ - Trang bị bánh xe di chuyển linh hoạt (≥ 4 bánh) - Mâm tay khoan có 5 vị trí gác dụng cụ - Có bàn phím điều khiển đa chức năng cho toàn bộ hệ thống - Tay xịt ba chức năng có thể tháo rời và hấp tiệt trùng đầu vòi xịt - Có tay cạo vôi siêu âm có đèn <p>3. Hệ thống bồn nhỏ và cung cấp nước sạch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống bồn nhỏ bằng sứ - Ly nước súc miệng của bệnh nhân được điều khiển sensor cảm ứng - Hệ thống bồn nhỏ tích hợp bộ lọc rác và tách cặn, giúp duy trì độ sạch của hệ thống
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Có điều áp - Có chức năng điều chỉnh mực nước - Hệ thống hút sử dụng cơ chế tách chất và van điều khiển - Hệ thống bồn nhỏ tích hợp điều khiển cấp/xả nước, cho phép vận hành tự động hoặc chủ động thông qua hệ thống điều khiển, đảm bảo tiện lợi và kiểm soát trong quá trình điều trị - Có đầu nối nước cho máy cạo vôi ngoài - Hệ thống nước tích hợp cơ chế kiểm soát và ngắt nguồn nước chủ động thông qua van điều khiển <p>4. Hệ thống đèn nha khoa Led</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ sáng đèn có 04 chế độ sáng Lux Led - Độ sáng đèn từ 5.000 Lux đến 26.000 Lux, sai số $\pm \leq 2.000$ Lux - Có chức năng bật tắt bằng cảm ứng - Tay cầm của đèn có thể tháo rời <p>5. Phụ kiện ghế nha: hút nước bọt, hút phẫu thuật, tay xịt hơi nước ba chức năng và một bàn phím điều khiển ghế đa chức năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống hút bao gồm hút phẫu thuật và hút nước bọt, thiết kế đầu hút có thể tháo rời, thuận tiện cho vệ sinh và tiệt trùng - Lưu lượng hút hơi: ~ 140 l/phút. - Lực hút: ~ 11.97 kPa - Có thể điều chỉnh lực hút thông qua van điều khiển - Áp lực nước đầu vào: 0.20 – 0.59 Mpa - Áp lực khí nén đầu vào: 0.39 – 0.78 Mpa - Bàn phím điều khiển ghế có các chức năng sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chức năng tắt/ mở đèn cho tay khoan + Chức năng tắt/ mở đèn điều trị bệnh nhân
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> + Chức năng đưa ghế về vị trí nước súc miệng + Chức năng nâng ghế + Chức năng nâng tựa lưng + Chức năng hạ ghế + Chức năng ngả tựa lưng + Chức năng đưa ghế về vị trí ban đầu + Chức năng đưa ghế về vị trí súc miệng <p>6. Bàn đạp điều khiển ghế bệnh nhân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá bàn đạp điều khiển (Pedal): điều khiển nhiều chức năng của ghế: + Nâng hạ ghế và ngả tựa lưng + Tắt mở nước cho tay khoan + Tắt mở đèn + Có thể ngừng di chuyển ghế khẩn cấp bằng pedal <p>7. Tựa đầu hai khớp</p> <p>Tựa đầu 2 khớp nối, có thể điều chỉnh vị trí cho người lớn và trẻ em</p> <p>8. Tựa tay bên trái</p> <p>Tựa tay được cố định</p> <p>9. Ghế bác sỹ/kỹ thuật viên</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghế bác sỹ/kỹ thuật viên 5 bánh xe đôi - Có thể điều chỉnh nâng lên hạ xuống phù hợp với tư thế điều trị bệnh nhân bằng khí nén <p>10. Tay cạo vôi siêu âm có đèn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp lực nước: điều chỉnh được từ 1 Bars đến 5 Bars - Tần số rung siêu âm: $\geq 28\text{kHz}$ - Biên độ đầu mũi $\leq 200\ \mu\text{m}$ - Tay cầm hấp tiệt trùng được ở: $132 - 134^\circ\text{C}$ - Có nhiều đầu tip khác nhau để điều trị các ca lâm sàng: cạo vôi, nội nha lại, xử lý mặt gốc răng, tháo mào, làm láng đường hoàn tất, nén inlay-onlay, nạo túi nha chu, kết hợp với các mũi trám nạo hoặc dũa để làm sạch ống
--	--	--	---

			<p>tủy, điều trị viêm quanh implant và bảo tồn, , phẫu thuật chóp, hoàn thiện cùi, veneers</p> <p>11. Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo Theo yêu cầu của Mục II</p> <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện2. Thời gian giao hàng 45- 90 ngày3. Thời gian bảo hành 24 tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành4. Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa 10 năm5. Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng6. Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt7. Tuân thủ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và số 07/2023/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế8. Tuân thủ Thông tư số 14/2020/TT-BYT; số 14/2023/TT-BYT số về quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
--	--	--	---



[Handwritten signature]



MẪU BẢNG BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thống Nhất

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi (ghi tên, địa chỉ của Hãng sản xuất, Nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của từng thành viên liên danh) báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu hàng hóa, nếu là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn thì bỏ mục này):

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Mô tả hàng hóa	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)	Địa điểm dự án	Ngày giao hàng	
							Ngày giao hàng sớm nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>	Ngày giao hàng muộn nhất <i>[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]</i>
1								
2								
...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, thời gian bảo hành và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá cho các dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ liên quan (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, nếu là gói thầu cung cấp hàng hóa thì bỏ mục này):

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1						
2						
...						

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá]*.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))