

Số: 1451 /BVTN-TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2026.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Trang bị máy sóng ngắn trị liệu của Bệnh viện Thống Nhất

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 18/6/2026 đến trước 16h00 ngày 29/6/2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 29/6/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.

- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật: Trang bị máy sóng ngắn trị liệu của Bệnh viện Thống Nhất

I YÊU CẦU CHUNG			
1	Thiết bị đồng bộ mới 100%		
2	Năm sản xuất: 2025 trở về sau		
3	Nguồn điện sử dụng: AC 220V, 50Hz		
4	Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, FDA, CE		
5	Điều kiện làm việc bình thường: Nhiệt độ môi trường: 5°C~40°C; Độ ẩm tương đối: ≤ 80%		
II YÊU CẦU CẤU HÌNH		Số lượng	Đơn vị
1	Máy chính	01	Cái
2	Điện cực phát tròn	02	Cái
3	Cáp điện cực	01	Cái
4	Tay giá đỡ điện cực	02	Cái
5	Đèn thử sóng	01	Cái
6	Cáp nguồn	01	Cái
7	Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh	01	Bộ
III YÊU CẦU KỸ THUẬT			
1	Thông số kỹ thuật		
	- Tần số phát sóng: $\geq 27,12\text{MHz}$		
	- Màn hình hiển thị: VGA màu cảm ứng $\geq 12,1$ inch		
	- Điều khiển thiết bị: Màn hình cảm ứng và nút xoay vô cực điều khiển		
	- Hệ điều hành: Windows CE hoặc tương đương		
	- Ngôn ngữ vận hành : Có Tiếng Việt		
	- Có cập nhật phần mềm, truy cập từ xa, hỗ trợ thông qua cổng USB		
	- Cơ sở dữ liệu bệnh nhân được tích hợp: Có thể mở rộng lên đến $\geq 1.000.000$ mục nhập		
	- Thông tin bệnh lý và thông số định sẵn (thư viện bệnh lý điều trị)		
	- Có chương trình điều trị nhanh.		

Y
H VIỆN
THỐNG NHẤT
☆

	- Cài đặt xung thông minh IPS
	- Hiện thị thông báo lỗi, hiện thị trạng thái hoạt động
	- Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ được ~ 1.000.000 chương trình điều trị
2	Chế độ hoạt động
	- Chế độ hoạt động: ≥ 2 chế độ (liên tục, xung)
	- Tần số xung: tối đa ≥ 800 Hz
	- Độ rộng xung: tối đa ≥ 400 μ s.
	- Công suất phát sóng : + Công suất phát sóng tối đa ở chế độ xung : ≥ 1.000 W (Công suất đỉnh) + Công suất phát sóng tối đa ở chế độ liên tục: ≥ 400 W (Công suất đỉnh)
	- Thời gian điều trị: 1 - ≥ 60 phút
IV	YÊU CẦU KHÁC
1	Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện.
2	Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Thời gian bảo hành 12 tháng cho thân máy chính.
4	Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế
5	Cam kết cung cấp đầy đủ các chứng từ: xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), vận đơn, hóa đơn khi giao hàng
6	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sửa chữa (nếu có) bản tiếng Anh và tiếng Việt
7	Tuân thủ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

1								
2								
...								

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thẻ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))