

Số: 1490 /BVTN-TMS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Trang bị máy rửa quả lọc thận của Bệnh viện Thống Nhất

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thống Nhất.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án.

- Email: tms@bvtn.org.vn

- Số điện thoại: 028 3869 0277 – 214, 771

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản scan báo giá có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu (nếu có) của đơn vị cung cấp báo giá; hoặc

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Tổ Mua sắm, Đấu thầu và Quản lý Dự án, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Thời gian tiếp nhận: Từ 08h00 ngày 24/6/2026 đến trước 16h00 ngày 03/7/2026
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 03/7/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ: Chi tiết trong bảng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:

- Giao hàng, lắp đặt đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện Thống Nhất, mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt do nhà cung cấp chịu.

- Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Địa điểm nhận hàng hóa/dịch vụ: Tại nơi sử dụng, Bệnh viện Thống Nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

3. Thời gian giao hàng, hoàn thành hợp đồng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán 100% giá trị nghiệm thu sau khi đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng. Thời gian thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán quy định theo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

- Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp có thể liên hệ kiểm tra trực tiếp vị trí lắp đặt và làm rõ những nội dung về kỹ thuật trước khi chào giá.
- Đề nghị các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm Bảng báo giá theo hướng dẫn đã nêu tại Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TMS.



Nguyễn Quang Vinh

PHỤ LỤC

Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Trang bị máy rửa quả lọc thận của Bệnh viện Thống Nhất

STT	YÊU CẦU	Số lượng
1	Máy rửa quả lọc thận tự động <ul style="list-style-type: none">➤ Cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm➤ Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan: CO, CQ, TKHQ...➤ Bảo hành ≥ 12 tháng (tại đơn vị sử dụng máy)➤ Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Máy mới 100%	01 máy
	<u>YÊU CẦU KỸ THUẬT:</u>	
	Yêu cầu về nguồn nước:	
	Chất lượng: phải đáp ứng ANSI/AAMI RD-47 và RD-62	
	Lưu lượng nước: 6.0 lít/ phút ở 25 psig	
	Áp suất tĩnh: 50 psig (max)	
	Nhiệt độ: 15°C - 30°C	
	Xả: Dòng tối thiểu 10 lít/ phút	
	Tái xử lý màng lọc:	
	Loại màng lọc: Tất cả các loại	
	Quy trình: Rửa tự động, Đo thể tích, kiểm tra rò rỉ và bom đầy hóa chất	
	Thời gian tái xử lý: ≤ 10 phút/ màng	
	Lượng nước tiêu thụ: ≤ 25 lít/màng	
	Đo thể tích mỗi màng:	
	Giải đo: 25–250 ml	
	Độ chính xác: ± 5 ml so với thể tích thực	
	Khả năng lặp lại: $\pm 5\%$	
	Kiểm tra rò rỉ:	

STT	YÊU CẦU	Số lượng
	Phương pháp: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mở khoang máu tự do trong bầu khí quyển ➤ Tạo áp lực (-250) mmHg tại khoang dịch lọc và giữ khoảng 20s 	
	Kiểm tra rò rỉ (cho qua): Áp lực giảm không quá: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Low và medium flux = 17 mmHg ➤ High flux = 25 mmHg 	
	Yêu cầu về hóa chất:	
	Sử dụng được tất cả các loại hóa chất rửa quả lọc có trên thị trường	
	Hóa chất tiêu thụ tái xử lý/ màng: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Low Flux: 21-34 ml ➤ Medium Flux: 23-42 ml ➤ High Flux: 24-44 ml ➤ Khử trùng cho máy/ khoang: 65 ml 	
	Các chương trình của máy	
	Tái xử lý màng lọc: LF (Low Flux), MF (Medium Flux), HF (High Flux)	
	Các chương trình khác: DF (khử trùng), FR (rửa bắt buộc), ST (Tự kiểm tra) và SC (rửa hệ thống)	
	Màn hình hiển thị:	
	Loại: VFD (hiển thị bằng đèn huỳnh quang chân không)	
	Số lượng: 2 VFD	
	Vùng hiển thị: 70 x 22 mm	
	Độ sáng: 350cd/m ² Min. (700cd/m ² typ)	
	Màu sắc: Xanh (Xanh dương)	

1								
2								
...								

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [ghi cụ thể số ngày nhưng không được nhỏ hơn số ngày quy định tại mục I.4 của Yêu cầu chào giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))